



방사능 분석 결과서

1. 의뢰내용

발급페이지 : 총 1 페이지 중 1 페이지

발행번호	2022-14	접수일자	2022년 11월 29일
의뢰기관 (의뢰인, 연락처)	고창 농산물 시료		
품목명	대봉, 냉이	시험 완료일	2022년 12월 1일
시료 형태	생체	시료 수	2개

2. 시험 방법 : 감마동위원소분석법


3. 시험 결과

(단위 : Bq/kg-fresh)



항목 시료명	^{131}I (요오드)	^{134}Cs (세슘)	^{137}Cs (세슘)	평가 기준
대봉(고창)	불검출	불검출	불검출	※ 식약처 식품공전 <식품 중 방사능 기준> ▶ ^{131}I : 100 이하 ▶ $^{134}\text{Cs} + ^{137}\text{Cs}$: 100 이하
냉이(고창)	불검출	불검출	불검출	

한빛원전 환경·안전 감시센터 고창분소

☎56446, 전북 고창군 고수면 고인돌대로 1360
 (☎ 063-564-8001, FAX 063-564-8005)



발행일자 : 2022년 12월 1일



[농산물 시료 처리 과정]